

Федеральная служба по надзору в сфере защиты
прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»
Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в Нефтегорском районе»
ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Юридический адрес: 443079 г. Самара, пр. Георгия Митирева, 1, Телефон, Факс: (846) 260-37-97
ОКПО 76776370, ОГРН 1056316020155; ИНН/КПП 6316098875/631601001

Фактический адрес: 446600, Самарская область, г. Нефтегорск, ул. Нефтяников, д. 1
Телефон, Факс: (846 70) 2-18-07
ОКПО 81848048, ОГРН 1056316020155 ИНН/КПП 6316098875/ 637732005

АТТЕСТАТ аккредитации Испытательной лаборатории (центра)
№ РОСС RU.0001.513557 выдан «20» сентября 2013 г. Внесен в реестр
аккредитованных лиц: «13» июля 2015 г.

Адрес осуществления деятельности лаборатории:
Самарская область, г. Нефтегорск, ул. Нефтяников 1

«Утверждаю»
Руководитель ИЛЦ, главный врач филиала ФБУЗ
«Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской
области в Нефтегорском районе»
Н. И. Михайлова
«04» июля 2018 г.

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ № 51 529 от 04.07.2018г.

Код образца (пробы):

46696.02.21.06.18.В

1. Наименование образца (пробы):

вода водопроводная питьевая

2. Заказчик:

ООО "Александровское"

2.1 Юридический адрес:

446194, Самарская обл, Большеглушицкий, с. Александровское, Центральная, дом № 38, оф.5

3. Изготовитель*:

ООО "Александровское"

3.1 Юридический адрес*:

446194, Самарская обл, Большеглушицкий, с. Александровское, Центральная, дом № 38, оф.5

3.2. Фактический адрес*:

446194, Самарская обл, Большеглушицкий, с. Александровское, Центральная, дом № 38, оф.5

3.3 Дата и время изготовления *

21.06.2018 г.

4. Дополнительные сведения*:

Заявление №35 от 17.01.2018 Отбор проб произведен на объекте: с. Мокша, накопительная емкость. Акт отбора образцов (проб) пищевых продуктов (воды) от 21.06.2018 г.

5. Дата и время* отбора:

21.06.2018 г.

Ф.И.О., должность, отобравшего образец (пробу):

Директор Девяткин М.О.

6. Дата начала испытаний: 21.06.2018 г.

*Настоящий протокол распространяется только на объект (образец), подвергнутый испытаниям.
Протокол (результаты) лабораторных испытаний не могут быть воспроизведены полностью или частично без
письменного разрешения Испытательной лаборатории (центра)
Протокол № 51 529 от 04.07.2018*

а окончания испытаний: 25.06.2018 г.

0-12771

Результаты лабораторных испытаний

№ 722 от 25.06.2018 ИЛЦ Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в Нефтегорском районе»

Определяемые показатели	Результаты испытаний ± характеристика погрешности **(неопределенности)	Ед. изм.	НД, на методы испытаний
КОЛИЧЕСТВЕННЫЙ ХИМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ			
Регистрационный номер в лаборатории: 722			
Аммиак	менее 0,1	мг/дм ³	ГОСТ 33045-2014
Нитраты	3,7 ± 0,6	мг/дм ³	ГОСТ 33045-2014
Нитриты	менее 0,003	мг/дм ³	ГОСТ 33045-2014
Хлориды	212,5 ± 31,9	мг/дм ³	ГОСТ 4245-72
Сульфаты	более 50,0	мг/дм ³	ГОСТ 31940-2012
Марганец суммарно	менее 0,05	мг/дм ³	ГОСТ 4974-2014
Фтор	0,78 ± 0,12	мг/дм ³	ГОСТ 4386-89
Железо общее	0,15 ± 0,04	мг/дм ³	ГОСТ 4011-72
Медь суммарно	менее 0,02	мг/дм ³	ГОСТ 31870-2012

*заполняется при необходимости.

**Уровень оценённой неопределенности соответствует заданным пределам

Протокол составлен в 3 экземплярах

Лицо, ответственное за оформление протокола: Сайфулин Я.Ф.

Настоящий протокол распространяется только на объект (образец), подвергнутый испытаниям.
Протокол (результаты) лабораторных испытаний не могут быть воспроизведены полностью или частично без
письменного разрешения Испытательной лаборатории (центра)

Протокол № 51 529 от 04.07.2018

Стр.2 из 2